



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAREMA**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2021

RELATÓRIO AMOSTRAS

A secretaria de saúde, através das servidoras: Janaina Aparecida Dalla Corte, Elisandra Alves dos Santos, Neuza Maria de Souza receberam e avaliaram as amostras dos materiais a seguir:

Item 5 - Atadura de crepe 20 cmx4,5m – No mínimo 18 fios – pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas, sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

1ª colocada: DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Marca apresentada: Erimax

Avaliação: Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão, estando reprovada.

2ª colocada: LA DALLA PORTA JUNIOR

Marca apresentada: Medi House

Avaliação: Produto atende com o descritivo, estando aprovada.

Item 6 - Atadura de crepe 10cmx4,5m – No mínimo, 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas, sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

1ª colocada: LA DALLA PORTA JUNIOR

Marca apresentada: Medi House

Avaliação: Produto atende com o descritivo, estando

Item 7 - Atadura de crepe 12 cmx1,20 m- No mínimo 18 fios - pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas, sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

1ª colocada: DENTAL SHOW – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Marca apresentada: Erimax

Avaliação: Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão, estando reprovada.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAREMA**

2ª colocada: ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca Apresentada: Medi House

Avaliação: Produto atende com o descritivo, estando aprovada.

Item 8 – Atadura de crepe 15 cmx4,5m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

1ª colocada: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Marca Apresentada: Erimax.

Avaliação: Não Confere com descrição, não possui elasticidade longitudinal, soltando facilmente ao utiliza-la, não é 100% algodão, estando reprovada.

2ª colocada: LA DALLA PORTA JUNIOR

Marca apresentada: Medi House

Avaliação: Produto atende com o descritivo, estando aprovada.

Item 9 - Atadura de crepe 6cmx1,2m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

1ª colocada: DENTAL SHOW – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Marca Apresentada: Erimax

Avaliação: Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão, estando reprovada.

2ª colocada: ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca Apresentada: Medi House

Avaliação: Produto atende com o descritivo, estando aprovada.

Item 10 – Atadura de crepe 8cmx1,2m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

1ª colocada: DENTAL SHOW – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Marca Apresentada: Erimax

Avaliação: Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão, estando reprovada.

2ª Colocada: PRO CIRURGICA CHAPECÓ PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Marca Apresentada: Bristol



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MAREMA**

Avaliação: Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão, estando reprovada.

3ª colocada: ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca Apresentada: Medi House

Avaliação: Produto atende com o descritivo, estando aprovada

Item 47 - OTOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA PARA DIAGNÓSTICO, compacto e leve que oferece alto rendimento, possui tecnologia e alta qualidade, econômico que proporciona iluminação potente para seu diagnóstico. Composição: Cabeça: Em plástico ABS resistente. Lâmpada: Halógena de 2,5v. Sistema: de vedação para realização de otoscopia pneumática, janela em acrílico, deslizante e removível. Cabo: Metálico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Alimentação Pilhas:2aa, material do cabo: inteiramente metálico. Acompanha: 4 espéculos reutilizáveis (desinfetáveis em autoclave) garantia: 1 ano, contra defeito de fabricação. Registro Ministério da Saúde/Anvisa.

1ª colocada: ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALARES LTDA

Catalogo apresentado Marca: Omni 3000 Xenon

Avaliação: Produto atende ao descritivo, estando aprovado.

Sem mais a tratar, ficam aprovadas as marcas conforme relatório acima.

Marema/SC, 10 de janeiro de 2022.

Comissão avaliadora das amostras:

Janaina Aparecida Dalla Corte

Enfermeira

Elisandra Alves dos Santos

Técnica de Enfermagem

Neuza Maria de Souza

Técnica de Enfermagem