



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAREMA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

**RELATÓRIO AMOSTRAS**

A secretaria de saúde, através das servidoras: Janaina Aparecida Dalla Corte, Elisandra Alves dos Santos, Neuza Maria de Souza receberam e avaliaram as amostras dos materiais a seguir:

**Empresa: LA DALLA PORTA JUNIOR**

Item 19 – Atadura de crepe 20 cmx4,5m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas, sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

**Avaliação:** Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão.

Item 20 - Atadura de crepe 10cmx4,5m – No mínimo, 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas, sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

**Avaliação:** Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão, constando na embalagem 90% algodão.

Item 21 - Atadura de crepe 12 cmx1,20 m- No mínimo 18 fios - pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas, sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro. Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

**Avaliação:** Não confere com descrição, não possui elasticidade e não é 100% algodão,



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAREMA**

constando na embalagem 90% algodão.

Item 63 – "Compressa Cirúrgica 45 x 50. Confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo sem fio radiopaco. De fácil manuseio, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido. Produto descartável As compressas campo operatório elaboradas com tecido quádruplo (quatro camadas), 100% algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos. As camadas de tecido possuem amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso. As bordas possuem costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas apresenta cadarço duplo. apresentação pacotes com 50 unidades.

**Avaliação:** Não confere com descrição, não possui 4 camadas, não possui alta capacidade de reter líquido/absorção. Desfia facilmente

**Empresa: FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

Item 61 - Compressa Gaze Hidrófila, não estéril, medindo 7,5cm x 7,5cm, dimensão fechada e 15cm x 30cm em dimensão aberta, confeccionada em tecido 100% algodão, 13 fios por cm<sup>2</sup>, 05 (cinco) dobras e 08(oito) camadas, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, alvejantes ópticos, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, trama fechada acondicionada em embalagem plástica com 500 unidades, garantindo a integridade do produto, procedência nacional e boa qualidade. Validade do Produto: 60 (sessenta) meses, constando produto interno e dados externos de identificação e procedência conforme a normas ABNT-NBR 13.843, ANVISA RDC 185/01, Portaria Inmetro 106/2003.

**Avaliação:** Não atende com o descritivo em sua totalidade, não identificado 8 camadas, desfia facilmente. Tamanho irregular não conferindo o exigido.

Item 64 - Compressa Gaze Hidrófila, não estéril, medindo 10 cm x 10 cm, e 15cm x 30cm em dimensão aberta, dimensão fechada confeccionada em tecido 100% algodão, 13 fios por cm<sup>2</sup>, 05 (cinco) dobras e 08(oito) camadas, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, alvejantes ópticos, manchas, falhas, sem filamento radiopaco, trama fechada acondicionada em embalagem plástica com 500 unidades, garantindo a integridade do produto, procedência nacional e boa qualidade. Validade do Produto: 60 (sessenta) meses, constando produto



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAREMA**

interno e dados externos de identificação e procedência conforme a normas ABNT-NBR 13.843, ANVISA RDC 185/01, Portaria Inmetro 106/2003.

**Avaliação:** Não atende com o descritivo em sua totalidade, não identificado 8 camadas, desfia facilmente. Tamanho não confere totalmente

**Fornecedor: DENTAL SHOW COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**

Item 22 – Atadura de crepe 15 cmx4,5m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

**Avaliação:** Não Confere com descrição, não possui elasticidade longitudinal, soltando facilmente ao utiliza-la, não é 100% algodão.

Item 23 – Atadura de crepe 6cmx1,2m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

**Avaliação:** Não aprovado por não conferir com descrição, não possui elasticidade longitudinal, soltando facilmente ao utiliza-la, não é 100% algodão. Ao esticar os fios se abrem facilmente.

Item 24 – Atadura de crepe 8cmx1,2m – No mínimo 18 fios– pacote com 12 unidades/ Embalagem individual deverá constar na embalagem que atende as normas da ABNT. Não estéril, trama regular, elasticidade longitudinal, acabamento visível isento de resíduos e impurezas, porosa, 100 % algodão, macia com bordas bem acabadas sem fios soltos que não provoquem irritabilidade na pele, proporcione conforto, manuseio fácil e seguro Esterilizável pelos métodos convencionais sem alteração das características.

**Avaliação:** Não aprovado por não conferir com descrição, não possui elasticidade longitudinal, soltando facilmente ao utiliza-la, não é 100% algodão. Ao esticar os fios se abrem facilmente



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAREMA**

Item 90 – Espelho ginecológico descartável tamanho médio produzido em poliestireno cristal, permite excelente transparência e transmissão luminosa. Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fôrnices vaginais. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI), pigmentado e indeformável. Ter formato anatômico para favorecer um exame indolor, tecnicamente confortável. Todo sistema deve ser, estéril, atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente, seguro e fácil manuseio. Embalagem que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, deve conter procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº do lote e data de fabricação. Medidas Eixo longitudinal da valva: 95mm. \*Largura perpendicular proximal de 25mm e distal de 28mm. \*Comprimento total: 156mm.

**Avaliação:** Aprovado por atender ao descritivo.

Item 146 – Oxímetro de dedo, portátil e digital, Visor de LED colorido de alta definição e precisão; regulagem do brilho e direção (rotação) de visualização da tela; possuir curva pletismografica de SpO2; possuir indicador de nível de carga da bateria e da intensidade do sinal de pulso; efetuar medição mesmo com o dedo gelado (hipotermia); ligar e desligar automaticamente após colocar ou retirar o dedo; resistente a gotas ou borrifos de d'agua; indicado para uso adulto e infantil; fácil limpeza.

**Avaliação:** Recebido Catalogo, aprovado por atender ao descritivo.

**Empresa: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**

Item 87 – Esfignomanometro Infantil. Aneroide fecho de velcro, perfeita vedação e retenção do ar comprimido, manometro resistente, blindagem protetora contra desregulagem e/ ou choques. Certificado Inmetro.

**Avaliação:** Aprovado por atender ao descritivo.

Item 62 – Compressa Cirúrgica 25 x 23. Confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo sem fio radiopaco. De fácil manuseio, em sua extremidade, possui um cadarço duplo em forma de alça que deve ser deixada, por precaução, do lado externo da cavidade cirúrgica. Não solta fiapo, pois suas laterais possuem uma costura que permite maior segurança. Por sua alta capacidade de reter líquido. Produto descartável. As compressas campo operatório elaboradas com tecido quádruplo



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE MAREMA**

(quatro camadas), 100% algodão, altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos. As camadas de tecido possuem amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso. As bordas possuem costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas apresenta cadaço duplo. Apresentação pacotes com 50 unidades.

**Avaliação:** Não apresentou amostra, ficando desclassificado neste item;

**Empresa: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA**

Solicitou a dispensa da apresentação da amostra do item 144 (micropore cor da pele), por se tratar de um único item, de quantidade e valor pequeno, não compensando o envio.

**Avaliação:** A comissão optou por manter dispensada a apresentação da amostra, não causando um custo maior do que a entrega total dos produtos, mantendo vencedora do item.

Os Itens 62, 141, 142 e 143 não tiveram apresentação de amostra.

Para os itens que tiveram suas amostras reprovadas ou não apresentadas, os itens serão cancelados, e adquiridos em novo procedimento com alteração do descritivo.

Marema/SC, 13 de outubro de 2021.

Comissão avaliadora das amostras:

**Janaina Aparecida Dalla Corte**

Enfermeira

**Elisandra Alves dos Santos**

Técnica de Enfermagem

**Neuza Maria de Souza**

Técnica de Enfermagem